ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

СЕРТИФИКАТ

об утверждении типа средств измерений
№ 99356-26

Срок действия утверждения типа до **7 сентября 2031 г.**

НАИМЕНОВАНИЕ И ОБОЗНАЧЕНИЕ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ
Расходомеры вихревые РИЗУР-ВР8000

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
Общество с ограниченной ответственностью «НПО РИЗУР»
(ООО «НПО РИЗУР»), Рязанская обл., с. Дубровичи

ПРАВООБЛАДАТЕЛЬ
Общество с ограниченной ответственностью «НПО РИЗУР»
(ООО «НПО РИЗУР»), Рязанская обл., с. Дубровичи

КОД ИДЕНТИФИКАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА
ОС

ДОКУМЕНТ НА ПОВЕРКУ
МП 1810-1-2026

ИНТЕРВАЛ МЕЖДУ ПОВЕРКАМИ **4 года – при измерении объема (объемного расхода) газа, 5 лет – при измерении объема (объемного расхода) жидкости**

Тип средств измерений утвержден приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии **от 7 сентября 2026 г. N 1816.**

Заместитель Руководителя

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП, хранится в системе электронного документооборота Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 316B076EA979CDFD7618B7011C5621C3
Кому выдан: Лазаренко Евгений Русланович
Действителен: с 13.01.2026 до 08.04.2027

Е.Р.Лазаренко

«05» октября 2026 г.